

**„Jaka jest różnica między urządzeniem „Intellcuff” spółki Smith Medical a urządzeniem Cuffix AirwayMedix.”**

*Intellcuff jest urządzeniem produkowanym przez firmę Hamilton a nie jak zapewne omyłkowo wskazano przez spółkę Smith Medical.*

*Intellcuff to elektroniczne urządzenie stacjonarne, którego cena kształtuje się na poziomie >1500 euro (jednorazowo na pacjenta kilkadziesiąt euro). Z kolei urządzenie Cuffix AirwayMedix jest jednorazowym, mobilnym, stale monitorującym i regulującym urządzeniem, potencjalnie dostępnym przy każdym łóżku na oddziale OIOM.*

*Intellcuff spółki Hamilton (nie Smith Medical) jest urządzeniem znanym i analizowanym przez Airway Medix. Porównanie, które w przeszłości zostało przeprowadzone w szpitalu Ichilov w Izraelu, wykazało, że sprzęt spółki Airway Medix stabilniej utrzymuje ciśnienie w mankiecie rurki ETT w standardowym zakresie, co potencjalnie może zmniejszyć powikłania po wentylacji mechanicznej.*

*Poniższa tabela szczegółowo prezentuje różnice między urządzeniem Airway Medix a innymi produktami stosowanymi na rynku.*

	Cuffix	Pressure-Easy	Cuff-Centry	Lanz Valve	PYTON/VBM	Hamilton IntelliCuff
Available on the market	Yes	No	No	Animal	Yes	Yes
Disposable	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Pressure readout	Yes	No	No	No	Yes	Yes
Precision [cmH2O]	+/-1	+/-5	+/-5	--	+/-1	+/-1
High PIP management	Yes	No	No	No	No	Yes
Need external power connect	No	No	Yes – Air	No	Electrical	Electrical